

Toimipaikka/Laite: \_\_\_\_\_

Aika: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ - \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Mittaus on paras suorittaa mittarin oltua pitkään laitteessa niin, että ovi/kansi on ollut kiinni – esimerkiksi aamulla heti ensimmäisen avauksen yhteydessä.

Jääkaapeissa lämpötila suositellaan mittaamaan eri aikoina eri kohdista parhaan kokonaiskuvan saamiseksi.

Suosittelut lämpötilat kylmälaitteille:

Jääkaappi +2 - +6 °C | Viileäkaappi +10 - +14 °C | Pakastin -18 °C

## Lämpötilan seuranta

Päivämäärä	Lämpötila	Poikkeama/korjaavat toimenpiteet	Kuittaus

